

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (DoC)

Niniejsza deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta:

Nazwa: Spółka akcyjna R ZERO
Adres: 2-218, Kamo-cho, Yonago-shi, Tottari 683-0823, Japonia

Oświadczamy, że deklaracja zgodności została wystawiona na naszą wyłączną odpowiedzialność i należy do następującego produktu.

Przedmiot deklaracji:

Nazwa produktu	Symulator medyczny nowej generacji mikoto Kolonoskopia Model
Nazwa modelu	R0CT01
Nazwa oprogramowania Oprogramowanie w wersji	Symulator mikoto Ver.07 lub nowszy (Radio bez możliwości rekonfiguracji)
Wersja kompilacji/poziom wersji	AA
Akcesoria	Zasilacz Kamera operatora Smar



Przedmiot opisanej powyżej deklaracji jest zgodny z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym:

Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych (RE) (2014/53/UE)

Dyrektywa RoHS (2011/65/UE+(UE) 2015/863)

Zastosowano następujące normy zharmonizowane i specyfikacje techniczne:

Zdrowie i
bezpieczeństwo
(Artykuł 3 ust. 1 lit. a)): EN 62368-1:2018
IEC 62368-1:2014
EN 62311: 2008

EMC
(Artykuł 3 ust. 1 lit. b)): EN IEC 61000-6-3:2021
EN IEC 61000-6-1:2019
EN 301 489-1 wersja 2.2.3
EN 301 489-17 wersja 3.2.4


Widmo radiowe
(Artykuł 3.2): EN 300 328 wersja 2.2.2
EN 301 893 wersja 2.1.1

Dyrektywa RoHS EN IEC 63000:2018

Podpisano w imieniu i na rzecz:

Tottori, JAPONIA
Miejsce wydania:

February 22, 2024
Data wydania:



Masashi Fujii
Dyrektor generalny