

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősségére adják ki:

Név: Az R ZERO Inc.
Cím: 2-218, Kamo-cho, Yonago-shi, Tottari 683-0823, Japán

Kijelentjük, hogy a DoC kiadása kizárólagos felelősségünkre történik, és az alábbi termékhez tartozik.

A nyilatkozat tárgya:

Termék neve	Új generációs orvosi szimulátor mikoto Gyomor-bélrendszeri Endoszkópiás Modell
Modell neve	R0GT01
Szoftver neve	mikoto szimulátor
Szoftver Ver.	02-es vagy újabb verzió (Nem újrakonfigurálható rádió)
Buildverzió/verziószint	AA
Kiegészítők	Hálózati adapter Kezelői kamera USB analóg videó rögzítés Kenőanyag



A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:

A rádióberendezésekről szóló irányelv (2014/53/EU)

RoHS irányelv (2011/65/EU+(EU)2015/863)

A következő harmonizált szabványokat és műszaki előírásokat alkalmazták:

Egészség és biztonság	EN 62368-1:2018 szabvány
(3. cikk (1) bekezdés	IEC 62368-1:2014 szabvány
a) pont):	EN 62311: 2008

EMC	EN IEC 61000-6-3:2021 szabvány
(3. cikk (1) bekezdés	EN IEC 61000-6-1:2019 szabvány
b) pont):	EN 301 489-1 V2.2.3
	EN 301 489-17 V3.3.1

Rádióspektrum	EN 300 328 V2.2.2
(3. cikk (2) bekezdés):	EN 301 893 V2.1.1

RoHS	EN IEC 63000:2018 szabvány
------	----------------------------

A nyilatkozatot a következő nevében és megbízásából írták alá:

Tottori, JAPÁN

Kiállítás helye:

July 24, 2025

Kiállítás dátuma:



Fudzsi Maszasi
VEZÉRIGAZGATÓ